



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/S01/03497-2/2026-...

Ügyintéző neve: Pesti Csaba

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya

Mérleg mérleg

	Kiértékelő	Teherfelvevő
gyártó:	MICRA	Mérlegtechnika Kft
típus:	OM16-10	MTHM 9130
gyártási szám:	060841	060841
mérési határ (Max):	32000/40000 kg	
osztásérték (d =):	10120 kg	hitelesítési osztásérték (e =): 10120 kg
pontossági osztály:	III	

Hitelesítésre bemutatta:

Mérlegtechnika Kft Pécs Diófa u.2.

A hitelesítés helye és ideje:

Pécs Diófa u.2.

2026. év szeptember hó 14. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 5-2021 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezettdb J0/26 jelű bélyegzés, M *1127537*

sorsszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint *1*.db *B180622* sorsszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható jelű hitelesítési kód azonossága mellett **2 év**, azaz a mérőeszköz

2028. év szeptember hó 14. nap-ig használható hiteles mérésre.

A hatáskörömet és illetékességemet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. melléklete 12. pontja állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételeért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Kecskemét, 2026. szeptember 14.



Pesti Csaba
Mérlegtechnika Kft
P. H. J0

A főspar, helyett eljáró dr. Molnár Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

[Signature]
kormánytisztviselő

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály – Kecskeméti Kirendeltsége

6000 Kecskemét, Bem utca 6/a.

Telefon: (06-76) 800-193

E-mail: meresugy.kecskemett@csongrad.gov.hu, KRID: 215159775

A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 60 nappal meg kell rendelni.